

Dichiarazione di conformità

Descrizione prodotto: **Comparatori**

Articolo  : **H 4495/6**

I comparatori vengono controllati secondo le norme standard tedesche DIN 2270.

Questi standard stabiliscono i seguenti limiti:

Tipo di test	Limiti di tolleranza	Note
Margine di errore f_e	3 μm	Controllato nelle due direzioni della forza di misura
Margine di errore f_t	2 μm	Controllato per un margine parziale di 0,02 mm
Margine di errore f_{ges}	4 μm	Controllato nelle due direzioni della forza di misura
Isteresi f_u	2 μm	Controllato in base alle norme DIN 2270
Ripetibilità f_w	1,5 μm	Controllato in base alle norme DIN 2270

Di tutti i comparatori sono state controllate la precisione e le loro funzioni meccaniche (controllo 100%).
I macchinari per i test vengono verificati regolarmente e hanno traccia presso il German Calibration Service (DKD o PTB), ISO 9000. L'attuale tracciabilità viene ottenuta mediante H 01 0948/KOBA/DKD Nr.86097-2802 dkd-k-01301-2500-8, d 08 0668 / Optimar 100/1190/98/000029 DKD-K-41801-2006-05, D 08 0889/MFP-100.01BV / 1218/00/0089 DKD-K-41801-208-04, D 08 0620 / MFP-100.01BV / 100300 / 0088 DKD-K-41801-2008-04, D 08 0860/MFP-30.03 BV / 100212 / 0090 DKD-K-41801-2008-04, S 08 0986 / MFP-30.03 BV / 100322 / 5666 PTB-05/04-2055 and S 08 0987 / MFP-30.03 BV / 100500 / FMS 3898/0108.

Un Amministratore

R. Walek